

白米検査結果

本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(Tl)シンチレーター(ベルトールドジャパン(株) ガンマ線スペクトロメーター LB2045)
- ・ 白米検査は、白米10Kg 袋について20袋当たり1検体です。
- ・ セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値(10Bq/kg)以上となった白米は、学校給食に使用しておりません。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
H130204.1	○	検出せず	5.0	平成25年2月7日(木)	H24年産玄米
H130204.2	○	検出せず	5.1	平成25年2月7日(木)	H24年産玄米
H130204.3	○	検出せず	5.0	平成25年2月7日(木)	H24年産玄米
H130204.4	○	検出せず	5.1	平成25年2月7日(木)	H24年産玄米
H130205.5	○	検出せず	5.0	平成25年2月7日(木)	H24年産玄米
H130205.6	○	検出せず	5.1	平成25年2月7日(木)	H24年産玄米
H130205.7	○	検出せず	5.0	平成25年2月7日(木)	H24年産玄米
H130212.1	○	検出せず	5.1	平成25年2月14日(木)	H24年産玄米
H130213.2	○	検出せず	5.0	平成25年2月14日(木)	H24年産玄米
H130213.3	○	検出せず	5.1	平成25年2月14日(木)	H24年産玄米
H130214.4	○	検出せず	5.0	平成25年2月14日(木)	H24年産玄米
H130214.5	○	検出せず	5.1	平成25年2月14日(木)	H24年産玄米
H130214.6	○	検出せず	5.0	平成25年2月14日(木)	H24年産玄米
H130214.7	○	検出せず	5.1	平成25年2月14日(木)	H24年産玄米

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
H130214.8	○	検出せず	5.1	平成25年2月21日(木)	H24年産玄米
H130214.9	○	検出せず	5.0	平成25年2月21日(木)	H24年産玄米
H130214.10	○	検出せず	5.1	平成25年2月22日(金)	H24年産玄米
H130215.11	○	検出せず	5.1	平成25年2月22日(金)	H24年産玄米
H130220.1	○	検出せず	5.1	平成25年2月27日(水)	H24年産玄米
H130221.2	○	検出せず	5.0	平成25年2月27日(水)	H24年産玄米
H130222.3	○	検出せず	5.1	平成25年2月27日(水)	H24年産玄米
H130222.4	○	検出せず	5.0	平成25年2月27日(水)	H24年産玄米
H130222.5	○	検出せず	5.1	平成25年2月27日(水)	H24年産玄米
H130222.6	○	検出せず	5.0	平成25年2月27日(水)	H24年産玄米
H130222.7	○	検出せず	5.1	平成25年2月27日(水)	H24年産玄米
H130222.8	○	検出せず	5.0	平成25年2月27日(水)	H24年産玄米
H130223.9	○	検出せず	5.1	平成25年2月28日(木)	H24年産玄米
H130223.10	○	検出せず	5.0	平成25年2月28日(木)	H24年産玄米
H130223.11	○	検出せず	5.0	平成25年2月28日(木)	H24年産玄米
H130223.12	○	検出せず	5.1	平成25年2月28日(木)	H24年産玄米