



白米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(ベルトールドジャパン(株) ガンマ線スペクトロメーター LB2045)
- ・ 白米検査は、白米10Kg 袋について20袋当たり1検体です。
- ・ セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値(10Bq/kg)以上となった白米は、学校給食に使用しておりません。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
H141105.1	○	検出せず	5.0	平成26年11月6日(木)	平成26年産玄米
H141105.2	○	検出せず	4.9	平成26年11月6日(木)	平成26年産玄米
H141105.3	○	検出せず	4.9	平成26年11月6日(木)	平成26年産玄米
H141105.4	○	検出せず	5.0	平成26年11月6日(木)	平成26年産玄米
H141105.5	○	検出せず	4.9	平成26年11月6日(木)	平成26年産玄米
H141105.6	○	検出せず	5.0	平成26年11月7日(金)	平成26年産玄米
H141105.7	○	検出せず	4.9	平成26年11月7日(金)	平成26年産玄米
H141105.8	○	検出せず	5.0	平成26年11月7日(金)	平成26年産玄米
H141110.1	○	検出せず	5.0	平成26年11月14日(金)	平成26年産玄米
H141110.2	○	検出せず	5.0	平成26年11月14日(金)	平成26年産玄米
H141110.3	○	検出せず	5.0	平成26年11月14日(金)	平成26年産玄米
H141110.4	○	検出せず	5.1	平成26年11月14日(金)	平成26年産玄米
H141110.5	○	検出せず	5.0	平成26年11月14日(金)	平成26年産玄米
H141110.6	○	検出せず	5.1	平成26年11月14日(金)	平成26年産玄米

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
H141117.1	○	検出せず	5.1	平成26年11月19日(水)	平成26年産玄米
H141117.2	○	検出せず	4.9	平成26年11月19日(水)	平成26年産玄米
H141117.3	○	検出せず	5.1	平成26年11月19日(水)	平成26年産玄米
H141117.4	○	検出せず	4.9	平成26年11月19日(水)	平成26年産玄米
H141117.5	○	検出せず	5.1	平成26年11月19日(水)	平成26年産玄米
H141117.6	○	検出せず	4.9	平成26年11月19日(水)	平成26年産玄米
H141125.1	○	検出せず	5.1	平成26年11月27日(木)	平成26年産玄米
H141125.2	○	検出せず	5.0	平成26年11月27日(木)	平成26年産玄米
H141125.3	○	検出せず	5.1	平成26年11月27日(木)	平成26年産玄米
H141125.4	○	検出せず	5.0	平成26年11月27日(木)	平成26年産玄米
H141125.5	○	検出せず	5.1	平成26年11月27日(木)	平成26年産玄米
H141125.6	○	検出せず	5.0	平成26年11月27日(木)	平成26年産玄米
H141125.7	○	検出せず	5.0	平成26年11月27日(木)	平成26年産玄米
H141125.8	○	検出せず	5.0	平成26年11月27日(木)	平成26年産玄米