

## 給食一食分検査結果（自校給食）

- 給食一食分の検査結果は、その日給食に供されたもの（主食、副菜、主菜、牛乳、果物、その他給食として供されたもの）をすべてミキサーにかけて、それを検査した結果です。
- セシウムの検査結果は、セシウム134とセシウム137の合算値です。  
（ ）内数値は検出限界値です。
- 検出器：NaI（T1）シンチレーター（ベルトールドジャパン(株)  
ガンマー線スペクトロメーター LB2045)
- 独自基準値は10Bq/Kgです。

（ 本宮市教育委員会 ）

| No. | 検査日          | 一食分重量<br>(g) | セシウム (Bq/Kg) | 備考 |
|-----|--------------|--------------|--------------|----|
| 1   | 令和7年6月2日(月)  | 409          | 検出せず(< 6.3)  |    |
| 2   | 令和7年6月3日(火)  | 433          | 検出せず(< 5.9)  |    |
| 3   | 令和7年6月4日(水)  | 369          | 検出せず(< 7.0)  |    |
| 4   | 令和7年6月5日(木)  | 300          | 検出せず(< 8.5)  |    |
| 5   | 令和7年6月6日(金)  | 435          | 検出せず(< 5.9)  |    |
| 6   | 令和7年6月9日(月)  | 400          | 検出せず(< 6.4)  |    |
| 7   | 令和7年6月10日(火) | 433          | 検出せず(< 5.9)  |    |
| 8   | 令和7年6月11日(水) | 424          | 検出せず(< 6.1)  |    |
| 9   | 令和7年6月12日(木) | 410          | 検出せず(< 6.3)  |    |
| 10  | 令和7年6月13日(金) | 380          | 検出せず(< 6.7)  |    |
| 11  | 令和7年6月16日(月) | 366          | 検出せず(< 7.0)  |    |
| 12  | 令和7年6月17日(火) | 430          | 検出せず(< 6.0)  |    |
| 13  | 令和7年6月18日(水) | 434          | 検出せず(< 6.0)  |    |
| 14  | 令和7年6月19日(木) | 461          | 検出せず(< 5.6)  |    |
| 15  | 令和7年6月20日(金) | 428          | 検出せず(< 6.0)  |    |
| 16  | 令和7年6月23日(月) | 431          | 検出せず(< 5.9)  |    |
| 17  | 令和7年6月24日(火) | 428          | 検出せず(< 6.0)  |    |
| 18  | 令和7年6月25日(水) | 399          | 検出せず(< 6.4)  |    |
| 19  | 令和7年6月26日(木) | 408          | 検出せず(< 6.3)  |    |
| 20  | 令和7年6月27日(金) | 300          | 検出せず(< 8.6)  |    |
| 21  | 令和7年6月30日(月) | 388          | 検出せず(< 6.6)  |    |